



N° de PARC : BALA 13	Désignation : Balance METTLER PC4400	Localisation : Salle 129
-----------------------------	---	---------------------------------

VERIFICATIONS INTERNES (Périodicité : 3 mois ± 1 mois)

Date	Agent	Observation / n° fiche d'anomalie	Date rapport d'intervention	Conformité (o/n)
16/04/09	RAQ	Vérification - balo 13. 090416. x1	16/04/09	oui
28/07/09	RAQ	Vérification - balo 13. 090728. x1	29/07/09	oui
04/10/10	RAQ	Vérification - balo 13. 100204. x1	04/10/10	oui
07/05/10	RAQ	Vérification - balo 13. 100507. x1	07/05/10	oui
24/08/10	RAQ	Vérification - balo 13. 100824. x1	24/08/10	oui
17/02/11	RAQ	Vérification - balo 13. 110217. x1	17/02/11	oui
06/05/11	RAQ	Vérification - balo 13. 110506. x1	06/05/11	oui
19/08/11	RAQ	Vérification - balo 13. 110819. x1	19/08/11	oui

VERIFICATIONS EXTERNES (Périodicité : 12 mois ± 3 mois)

Date	Société	Observation / n° fiche d'anomalie	Date rapport d'intervention	Conformité (o/n)
06/10/09	BALC	Compte-rendu d'essai n° 17201	06/10/2009	oui
04/10/10	BALC	Compte-rendu d'essai n° 19560	04/10/2010	oui

MAINTENANCE

Date	Agent	Observation / n° fiche d'anomalie



N° de PARC : BALA 13	Désignation : Balance METTLER PC4400	Localisation : Salle 129
-----------------------------	---	---------------------------------

VERIFICATIONS INTERNES (Périodicité : 3 mois ± 1 mois)

Date	Agent	Observation / n° fiche d'anomalie	Date rapport d'intervention	Conformité (o/n)
16/10/02	CM + AQ	RAS / Verification - bala - 11.14.02.104.x8	16/10/02	oui
12/02/03	AQ	Verification - bala - 13.14.030212.x8	12/02/03	oui
20/05/03	AQ	Verification - bala 13 - 010520.x8	20/05/03	oui
18/06/03	AQ	Verification - bala 13.14.030612.x8	18/06/03	oui
23/09/03	IM	Verification - bala 13 - 030923.x8	23/09/03	oui
06/02/04	RAQ	Verification - bala 13.040206.x8	06/02/04	oui
17/06/04	RAQ	Verification - bala 13.040617.x8	17/06/04	oui
27/09/04	RAQ	Verification - bala 13.040927.x8	27/09/04	oui
11/02/05	IM	Verification - bala 13 - 050211.x8	11/02/05	oui
21/06/05	RAQ	Verification - bala 13 - 050621.x8	21/06/05	oui

VERIFICATIONS EXTERNES (Périodicité : 12 mois ± 3 mois)

Date	Société	Observation / n° fiche d'anomalie	Date rapport d'intervention	Conformité (o/n)
16/12/02	BALCO	Compte rendu d'essai n° 4064	Fait en présence de CM le 16/12/02	oui
07/11/03	BALCO	Compte rendu d'essai n° 4945	Fait en présence de RAQ le 07/11/03	oui
20/11/04	BALCO	Compte rendu de nous n° 07100	Fait en présence de RAQ le 20/11/04	oui

MAINTENANCE

Date	Agent	Observation / n° fiche d'anomalie

